

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 85

del 27/02/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, ESPLETATA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI TRE PER CONTO DELL’ATS VAL PADANA (CAPOFILA) E DI VARIE ATS E ASST

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto n. 526 del 8.11.2018 è stata indetta una procedura aperta, espletata in aggregazione in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel, per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci per un periodo di tre anni, da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/16, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che le Agenzie/Aziende aggregate sono: ATS Val Padana (capofila), l'ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS di Brescia, ASST di Cremona, ASST di Mantova, ASST della Franciacorta, ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST di Lodi, ASST di Pavia, ASST di Vimercate;

Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, stabilito entro le ore 10:00 del 17.12.2018 sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

- Dasit S.p.a., prot. informatico Sintel n. 1544698737004, 13 Dicembre 2018, ore 11:58;
- Medical Systems S.p.a., prot. informatico Sintel n. 1544796299151, 14 Dicembre 2018, ore 15:04;

Dato atto che con decreto n. 587 del 17.12.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, come previsto dall'art. 77 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

Considerato che in data 19.12.2018 il seggio di gara ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste della documentazione amministrativa e tecnica, come previsto dagli articoli 18 e seguenti del disciplinare di gara;

Evidenziato che:

- la documentazione amministrativa e tecnica presentata, risulta completa per entrambe le ditte concorrenti, come da verbale allegato (All. unico);
- in data 19.12.2018, la commissione giudicatrice ha esaminato la documentazione tecnica, verificando la corrispondenza delle informazioni dichiarate sulla piattaforma di Sintel, rispetto alla relazione tecnica presentata, come da verbale allegato (All. unico);

Preso atto che in data 19.12.2018 il seggio di gara, unitamente alla commissione giudicatrice ha provveduto all'apertura delle offerte economiche per i lotti 1) e 2), come di seguito riepilogate e riportate nel verbale allegato (All. unico):

LOTTO 1 (Sistemi diagnostici per i laboratori delle seguenti ATS e ASST **che effettuano lo screening di popolazione** (ATS della Val Padana, ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS di Brescia, ASST di Lodi, ASST di Pavia)

DITTA	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	OFFERTA ECONOMICA
Dasit S.p.a.	30	69	99	€1.516.230,00
Medical Systems S.p.a.	29,92	38	67,92	€1.520.302,38

LOTTO 2) Sistemi diagnostici per i laboratori delle seguenti ASST **che non effettuano lo screening di popolazione** (ASST di Cremona, ASST di Mantova, ASST della Franciacorta, ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST di Vimercate)

DITTA	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	OFFERTA ECONOMICA
Dasit S.p.a.	30	70	100	€220.530,00

Riscontrato pertanto, che la ditta Dasit S.p.a., con sede legale a Milano, ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per il lotto 1) che per il lotto 2);

Dato atto che:

- la piattaforma telematica di Sintel, ha evidenziato le offerte della ditta Dasit S.p.a. quali (offerte anomale), il RUP pertanto ha provveduto ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/16;
- il RUP ha accertato che il punteggio tecnico è stato definito secondo parametri prestabiliti, in relazione all'apparecchiatura, alle provette ed alle evidenze scientifiche;
- il RUP ha altresì accertato che, il prezzo offerto dalla ditta Dasit S.p.a. risulta maggiore rispetto a quello attualmente pagato, a parità di servizio, l'offerta economica viene pertanto ritenuta congrua ed affidabile.

Preso atto pertanto, di disporre l'aggiudicazione definitiva alla ditta Dasit S.p.a., con sede legale a Milano, per i seguenti importi di ogni singola ATS/ASST aggregata, come riportato nel prospetto seguente:

ATS/ASST	Importi triennali Canone Noleggio (Iva esclusa)	Importi triennali Test (Iva esclusa)	Importi triennali Noleggio + Test (Iva esclusa)	Importi triennali Noleggio + Test (Iva inclusa)
LOTTO 1				
ATS Val Padana	€ 4.140,00	€ 210.240,00	€ 214.380,00	€ 261.543,60
ATS della Città Metropolitana di Milano	€ 8.280,00	€ 689.850,00	€ 698.130,00	€ 851.718,60
ATS di Brescia	€ 4.140,00	€ 328.500,00	€ 332.640,00	€ 405.820,80
ASST di Lodi	€ 4.140,00	€ 98.550,00	€ 102.690,00	€ 125.281,80
ASST di Pavia	€ 4.140,00	€ 164.250,00	€ 168.390,00	€ 205.435,80
TOTALE LOTTO 1			€ 1.516.230,00	€ 1.849.800,60
LOTTO 2				
ASST di Cremona	€ 1.470,00	€ 49.275,00	€ 50.745,00	€ 61.908,90
ASST di Mantova	€ 1.470,00	€ 42.705,00	€ 44.175,00	€ 53.893,50
ASST della Franciacorta	€ 1.470,00	€ 22.995,00	€ 24.465,00	€ 29.847,30
ASST degli Spedali Civili di Brescia	€ 4.410,00	€ 59.130,00	€ 63.540,00	€ 77.518,80
ASST di Vimercate	€ 1.470,00	€ 36.135,00	€ 37.605,00	€ 45.878,10
TOTALE LOTTO 2			€ 220.530,00	€ 269.046,60
Totale complessivo (IVA esclusa)			€ 1.736.760,00	
Totale complessivo (IVA inclusa)				€ 2.118.847,20

Data atto che il fabbisogno di ATS Val Padana è stato quantificato in 64.000 test annui e n. 2 apparecchiature, mentre i costi unitari a base d'asta sono stati determinati in € 1,095 per singolo test ed € 690,00 quale canone annuo per il noleggio della singola apparecchiatura;

Evidenziato che la documentazione di gara prevede l'opzione del rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, alla scadenza naturale del contratto;

Rilevato che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/16, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti prescritti;

Dato atto che risulta necessario prevedere una proroga del contratto in corso, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il periodo dal 01.01.2019 sino alla data di attivazione della fornitura, (prevista presumibilmente per il 01.05.19);

Considerato che l'onere presunto per il periodo di proroga (4 mesi) per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci è stimabile in € 10.000,00 (IVA inclusa);

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta (lotti 1 e 2), in forma aggregata alla ditta Dasit S.p.a. con sede legale a Milano, per l'affidamento della fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci per un periodo di tre anni, per conto dell'ATS Val Padana (capofila), ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS di Brescia, ASST di Cremona, ASST di Mantova, ASST della Franciacorta, ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST di Lodi, ASST di Pavia, ASST di Vimercate;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/16, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
3. di dare atto che ogni Agenzia/Azienda aggregata stipulerà i singoli contratti direttamente con la ditta aggiudicataria;
4. di precisare che la decorrenza del contratto per l'ATS Val Padana sarà presumibilmente a far data dal 01.05.2019, relativamente al lotto 1);
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/16, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
6. di approvare il verbale in allegato (All. unico) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 261.543,60 (IVA 22% inclusa), viene registrato sui conti del bilancio sanitario di questa Agenzia per gli anni 2019/2022, come di seguito riportato:

CONTO	IMPORTI (IVA INCLUSA)	ANNO
701125020 (test)	€ 56.998,40	2019 (da Maggio)
701125020	€ 85.497,60	2020
701125020	€ 85.497,60	2021
701125020	€ 28.499,20	2022 (fino a Aprile)
707210020 (canone)	€ 1.122,40	2019
707210020	€ 1.683,60	2020
707210020	€ 1.683,60	2021
707210020	€ 561,20	2022

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/16, la somma di € 9.620,00 pari al 2% del valore a base d'asta, sarà destinato per l'80% al personale non dirigente che ha svolto/svolgerà funzioni tecniche per il presente appalto e per il 20% ad investimenti;
9. di dare atto che, alla scadenza del contratto, si procederà al rinnovo per ulteriori tre anni e, che da tale opzione deriverà un impegno di spesa presunto pari ad € 261.543,60 (IVA 22% inclusa);

10. di dare atto che il CIG derivato per il lotto 1) d'interesse dell'ATS Val Padana è 77798138C7;
11. di prorogare il contratto in corso per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019;
12. di dare atto che l'onere presunto per il periodo di proroga (stimato in 4 mesi), pari ad € 10.000,00 (IVA inclusa), sarà imputato al conto 701125020 (test) per € 9.800,00 ed al conto 707210020 (canone) per € 200,00 del bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2019;
13. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Direttore del Laboratorio di Agenzia;
14. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta Dasit S.p.a. aggiudicataria, alla Medical Systems S.p.a. seconda in graduatoria, alle ATS/ASST aggregate, al Direttore dell'esecuzione del contratto;
15. di dare atto altresì che, le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso dell'esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno addebitate alla ditta Dasit S.p.a. aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/16;
16. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n.69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI TRE

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

In data 19.12.2018 alle ore 10.00 presso l'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale dell'ATS della Val Padana, in Via dei Toscani 1, Palazzina 3, piano terra, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci per un periodo di tre anni, così composto:

Dott.ssa Pierina Ghilardi - Presidente
Rag. Alberto Longhi - Componente
Dott.ssa Ida Cirelli - Componente e Segr. Verbalizzante

E' presente inoltre la commissione giudicatrice, nominata con decreto n. n. 587 del 17.12.2018, così composta:

Dr. Adriano Amedeo Isernia (Dirigente Chimico UOC Laboratorio di Prevenzione) - Presidente
Piercarla Bravi (Tecnico di laboratorio medico) - Componente
Solazzi Mariarosa (Tecnico di laboratorio medico) - Componente.

E' presente, in rappresentanza della ditta Dasit S.p.a., con sede legale a Milano, il Sig. Iannuzzi Giuseppe Savino, come da procura speciale del 25.01.2008 (conservata agli atti).

Si rileva che entro il termine stabilito nel disciplinare di gara, ore 10.00 del giorno 17.12.2018, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte per i rispettivi lotti:

Lotti	Ditta/e
Lotto 1	Dasit S.p.a. (prot. informatico n. 1544698737004) Medical Systems S.p.a. (prot. informatico n. 1544796299151)
Lotto 2	Dasit S.p.a. (prot. informatico n. 1544698737004)

Terminata la suddetta fase, si procede alla verifica dell'apposizione della firma digitale sui documenti amministrativi, seguendo l'ordine automatico generato dalla piattaforma telematica: dall'esame risulta che la firma digitale è stata apposta da tutte le ditte partecipanti.

Il seggio di gara prosegue quindi, alla verifica della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara: risulta che tutte le ditte hanno presentato la documentazione prescritta nel disciplinare di gara.

Entrambe le ditte vengono ammesse al proseguo della gara, con comunicazione telematica dalla piattaforma SINTEL.

Il RUP ribadisce che la procedura di gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice degli appalti.



In particolare il punteggio tecnico (massimo 70 punti, per ciascun lotto), verrà attribuito in relazione ai criteri e sotto criteri di valutazione previsti dal paragrafo 17 del disciplinare di gara e, riportati sulla piattaforma telematica di Sintel.

Il punteggio tecnico verrà attribuito automaticamente da Sintel, in base alla modalità di valutazione tabellare (requisiti tecnico - vincolato, in cui a ciascuna opzione di risposta è collegato un punteggio specifico).

La Commissione, con il supporto del seggio di gara, procede all'apertura delle buste tecniche ed alla verifica, sempre in seduta pubblica, della completezza delle stesse.

Il RUP comunica che la documentazione tecnica sarà esaminata dalla commissione giudicatrice, in seduta riservata, per accertare la corrispondenza dei punteggi inseriti da ciascuna ditta sulla piattaforma telematica di Sintel, rispetto ai documenti caricati (schede tecniche, relazione tecnica dettagliata, programma del corso di formazione).

I lavori del seggio di gara hanno termine alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Pierina Ghilardi

Pierina Ghilardi

Rag. Alberto Longhi

Alberto Longhi

Dott.ssa Ida Cirelli

Ida Cirelli



PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI TRE

Verbale Commissione giudicatrice del 19/12/2018

Il giorno 19/12/2018 alle ore 11:45 presso la sede ATS di Mantova, Via dei Toscani, 1, la Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 587 del 17.12.2018 così composta e presente

- Presidente: Dr. Adriano Isernia, Dirigente Chimico U.O.C. Laboratorio di Prevenzione;
- Componente: Piercarla Bravi, Tecnico di laboratorio medico;
- Componente: Solazzi Mariarosa, Tecnico di laboratorio medico;

procede alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti:

- DASIT SPA – lotti 1 e 2;
- MEDICAL SYSTEMS SPA – lotto 1.

Ricordato che il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione, elencati nel disciplinare di gara, con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO 1 - Fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci per i laboratori delle seguenti ATS e ASST di Regione Lombardia che effettuano lo screening di popolazione (ATS VAL PADANA, ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, ATS BRESCIA, ASST LODI, ASST PAVIA)

Offerenti:

- DASIT SPA
- MEDICAL SYSTEMS SPA



Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:

CRITERI LOTTO 1)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	ASSEGNAZIONE PUNTEGGI	DASIT SPA	MEDICAL SYSTEMS SPA
1. METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE				
Capacità oraria (N. campioni/ora)	4	0 = 250 1 > 250, ≤ 280 2 > 280, ≤ 300 4 > 300	4 (320 campioni/ora)	1 (270 campioni/ora)
Numero di campioni caricabili contemporaneamente	4	0 < 100 2 ≥ 100, < 150 4 ≥ 150	4 (200)	0 (40)
Tipologia di caricamento in continuo dei campioni	2	0 piatto campioni 2 rack	2 (rack)	0 (piatto)
Metodo analitico immunologico quantitativo	5	0 Oro colloidale colorimetrico 5 Lattice, turbidimetrico	5 (Lattice, turbidimetrico)	5 (Lattice, turbidimetrico)
Numero campioni analizzabili con reattivi a pieno carico	4	1 < 500 2 ≥ 500, < 700 4 > 700	4 (750)	4 (1250)
CQI di parte terza: fornitura di un servizio di elaborazione dei risultati con confronto interlaboratorio	3	0 no 3 si	3 (POLYMED CQI)	3 (CARE CQI)
Specifiche dei CQI di parte terza - Imprecisione attesa (CV) sul materiale di controllo per ciascun lotto. Allegare certificato di un lotto per ciascun livello di CQI offerto e fornire l'imprecisione tra le serie (CV)	5	1 ≥ 5%, 3 ≥ 3%, < 5% 5 < 3%	5 (2,36%)	3 (4,59%)
Facilità d'uso del calibratore (minima manipolazione da parte dell'operatore)	3	0 Set di calibratori 3 Unico calibratore per diluizione automatica	3 (unico calibratore)	3 (unico calibratore)



Compattezza dell'apparecchio: pannello di controllo incorporato nell'analizzatore e display touch-screen	4	0 no 4 si	4	4
Impostazione avvio e spegnimento automatico	2	0 No 2 Sì	2(presente)	2 (presente)
2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO				
Presenza di filtro che separa l'area di inserimento del campione dall'ambiente di prelievo del campione da analizzare	6	0 No 6 Sì	6 (presente)	0 (non presente)
Stabilità dell'emoglobina nel tampone di conservazione a temperatura refrigerata	2	1 ≥ 7 , < 10 giorni 2 ≥ 10 giorni	2 (28 gg)	2 (32 gg.)
3. ALTRE CARATTERISTICHE				
Quantità e tipologia dei rifiuti (reflui) originati da 100 campioni in un'unica seduta	3	0 > 1600 ml 1 ≥ 800 , ≤ 1600 ml 3 < 800 ml	3 (736 ml)	0 (1900 ml)
Numero di laboratori in Italia che già utilizzano il sistema diagnostico offerto per programmi di screening (fornire elenco con riferimenti)	6	0 < 20 3 ≥ 20 , ≤ 50 6 > 50	6 (131)	0 (3)
Tipologia di programma di VEQ fornito gratuitamente - escluso VEQ Careggi di Firenze	4	0 Nessuna 2 1 tipologia di VEQ nazionale 4 1 tipologia di VEQ internazionale	4 (CRB)	4 (CARE)
Fornitura di apparecchio di back-up	1	0 No 1 Sì	0 (non offerto)	0 (non offerto)
Evidenze scientifiche (referenze scientifiche e bibliografiche indipendenti e di studi pubblicati su riviste) riguardanti la valutazione della performance del sistema diagnostico valutata mediante l'Impact Factor delle pubblicazioni ≥ 2 ; solo casistiche in programmi di	6	0 Nessuna 2 ≥ 1 , ≤ 6 evidenze 4 ≥ 7 , ≤ 12 evidenze 6 ≥ 13 evidenze	6 (19 evidenze)	4 (8 evidenze)



screening italiani ed europei - allegare pubblicazione e l'IF della rivista				
N° di laboratori partecipanti al VEQ di Regione Lombardia (VEQ Careggi) che utilizzano il sistema diagnostico offerto	6	0 < 10 laboratori 3 ≥ 10 e ≤ 30 laboratori 6 > 30 laboratori	6 (98)	3 (13)
TOTALE	70		69	38

LOTTO 2 - Fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci per i laboratori delle seguenti ATS e ASST di Regione Lombardia che non effettuano lo screening di popolazione (ASST CREMONA, ASST MANTOVA, ASST FRANCIACORTA, ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, ASST VIMERCATE)

Offerente:

- DASIT SPA

Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:

CRITERI LOTTO 2)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	ASSEGNAZIONE PUNTEGGI	DASIT SPA
1. METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE			
Metodo analitico immunologico quantitativo	6	0 Oro colloidale colorimetrico 6 Lattice, turbidimetrico	6 (Lattice, turbidimetrico)
CQI di parte terza: fornitura di un servizio di elaborazione dei risultati con confronto interlaboratorio	6	0 No 6 Sì	6
Specifiche dei CQI di parte terza - Imprecisione attesa (CV) sul materiale di controllo per ciascun lotto. Allegare il certificato di un lotto per ciascun livello di CQI offerto e fornire l'imprecisione tra le serie (CV)	6	2 ≥ 5%, 4 ≥ 3%, < 5% 6 < 3%	6 (2,36%)
Facilità d'uso del calibratore (minima manipolazione da parte dell'operatore)	6	0 Set di calibratori 6 Unico calibratore per diluizione automatica	6 (unico calibratore)
Compattezza dell'apparecchio: pannello di controllo incorporato nell'analizzatore e display touch screen	6	0 No 6 Sì	6



2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO			
Presenza di filtro che separa l'area di inserimento del campione dall'ambiente di prelievo del campione da analizzare	6	0 No 6 Sì	6 (filtro presente)
Stabilità dell'emoglobina nel tampone di conservazione a temperatura refrigerata	6	3 ≥ 7, < 10 giorni 6 ≥ 10 giorni	6 (28 gg.)
3. ALTRE CARATTERISTICHE			
Numero di laboratori in Italia che già utilizzano il sistema diagnostico offerto (fornire elenco con riferimenti)	8	0 <20 4 ≥ 20 ≤50 8 >50	8 (131)
Tipologia di programma di VEQ fornito gratuitamente - escluso VEQ Careggi di Firenze	4	0 Nessuna 2 1 Tipologia di VEQ nazionale 4 1 Tipologia di VEQ internazionale	4 (CRB)
Evidenze scientifiche (referenze scientifiche e bibliografiche indipendenti e di studi pubblicati su riviste) riguardanti la valutazione della performance del sistema diagnostico valutata mediante l'Impact Factor delle pubblicazioni	10	0 Nessuna 3 ≥ 1, ≤ 6 evidenze 6 ≥ 7, ≤ 12 evidenze 10 ≥ 13 evidenze	10 (19)
N° di laboratori partecipanti al VEQ di Regione Lombardia (VEQ Careggi) che utilizzano il sistema diagnostico offerto	6	0 < 10 laboratori 3 ≥ 10 e ≤ 30 laboratori 6 > 30 laboratori	6 (98)
TOTALE			70

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica presentata, conferma i punteggi indicati nella piattaforma SINTEL, in esito al caricamento diretto delle ditte.

La seduta termina alle ore 14.15

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: Dr. Adriano Isernia

Componente: Piercarla Bravi

Componente: Solazzi Mariarosa

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	ATS DELLA VAL PADANA
<i>Nome procedura</i>	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI 3 PER CONTO DI ATS VAL PADANA E ALTRE ATS/ASST
<i>Identificativo della procedura</i>	103514450
<i>Nome lotto</i>	Sistemi diagnostici per i laboratori delle ats/asst che effettuano lo screening di popolazione
<i>Identificativo del lotto</i>	103514810

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	DASIT SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	1.516.230,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	83.397,14000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	1.523.400,00000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	ISTANZA PARTECIPAZIONE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare l'istanza di partecipazione (All.A), compilata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	a) Istanza di partecipazione.zip.p7m

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

	Dimensioni: 17 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): keJcWMsdWz0LtH9CdyxFIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1ce824faf306ec3bc6c2010c963e054c7c66772e
	Hash(SHA-256-Hex): 136c9564f4eea1d372c0c45d90c349b- 2cecdcd6bc644f595da139f5a1b88483f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	MODELLO DGUE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il documento DGUE (all.B) compilato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	b) DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 28 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): Eo+Pcs4Ka091KLOyu4HOPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f7c3768496101c9407bf0cba966c376d3eedf8
	Hash(SHA-256-Hex): a6c2f45b9f217c1011ea330f53df1fd- 3af0f850f21f0e06967e038153828460e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	GARANZIA PROVVISORIA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica, firmata digitalmente (documento originale informatico) unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, come da paragrafo 10 del disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	c) e d) Cauzione e Impegno.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): L6al//K4Tcil8CbmlUFEhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b2887f18eb99f186e08d09cdefd751b25fec0fb1
	Hash(SHA-256-Hex): 4edad53ed3e598c616d4f01fca877fd- 7278937eb1ce44cbcf6799352747c14f

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	e) Contributo ANAC.zip.p7m
	Dimensioni: 607 KB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): +q1JOOHPMiEXx1bgmZ/J/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): efe52a3af1d64b46cce74ddc4707e7bdb36aed05
	Hash(SHA-256-Hex): 48d5f5598c764157d394895ced04b4d- 2d612b31a3e7556c08cd2e4b86f3a9f0c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Atti relativi a RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati nel disciplinare di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Dich Impresa singola.pdf.p7m
	Dimensioni: 583 KB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): u+i4ZH4XyoCi78caCTDvEA==
	Hash(SHA-1-Hex): 43f3953639c2062bae24f66e0b54808d001549da
	Hash(SHA-256-Hex): 19e96c50fec76606bd40938ab910939- bff7c6fe499410b95c56fc3a9c548c017
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	PROCURA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Dich legale rappresentante.pdf,p7m Dimensioni: 584 KB Firmatari: FRACASSI ANGELO Hash(MD5-Base64): k9BNjrHH03NVxmhuetB+sw== Hash(SHA-1-Hex): cafb745bdbe2285a313f999450dc62bb48a047d8 Hash(SHA-256-Hex): b1815bea0ffd6d756627f86fec0bcbe-6fe54aa9347fe92f9a9e11cb16bf7437b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, allegato al disciplinare, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Patto Integrita.pdf,p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: FRACASSI ANGELO Hash(MD5-Base64): QAWHL7FbO8dKKe/09v0ing== Hash(SHA-1-Hex): 2ef19fac2dc4275da829dea5ca9f9264d50c4cbb Hash(SHA-256-Hex): 848c7f7fd32749df9821513c7f61000-dae60593e1450db5ddd3b7c31b890047 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Capacità oraria (n.campioni/ora)
<i>Risposta:</i>	>300
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.di campioni caricabili contemporaneamente
<i>Risposta:</i>	>=150
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

<i>Descrizione requisito:</i>	Tipologia di caricamento in continuo dei campioni
<i>Risposta:</i>	rack
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	metodo analitico immunologico quantitativo
<i>Risposta:</i>	lattice, turbidimetrico
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	n.campioni analizzabili con reattivi a pieno carico
<i>Risposta:</i>	>700
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	CQI di parte terza: fornitura di un servizio di elaborazione dei risultati con confronto interlaboratorio
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Specifiche dei CQI di parte terza - imprecisione attesa (CV) sul materiale di controllo per ciascun lotto. Allegare certificato di un lotto per ciascun livello di CQI offerto e fornire l'imprecisione tra le serie (CV)
<i>Risposta:</i>	<3%
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	facilità d'uso del calibratore (minima manipolazione da parte dell'operatore)
<i>Risposta:</i>	unico calibratore per diluizione automatica
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Compattezza dell'apparecchio: pannello di controllo incorporato nell'analizzatore e display touch-screen
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Impostazione avvio e spegnimento automatico
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)

<i>Descrizione requisito:</i>	Presenza di filtro che separa l'area di inserimento del campione dall'ambiente di prelievo del campione da analizzare
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Stabilità dell'emoglobina nel tampone di conservazione a temperatura refrigerata
<i>Risposta:</i>	>= 10 giorni
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Quantità e tipologia dei rifiuti (reflui) originati da 100 campioni in un'unica seduta.
<i>Risposta:</i>	<800 ml.
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.laboratori in Italia che già utilizzano il sistema diagnostico offerto per programmi di screening (fornire elenco con riferimenti).
<i>Risposta:</i>	>50
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Tipologia di programma di VEQ fornito gratuitamente-escluso VEQ Careggi di Firenze
<i>Risposta:</i>	1 tipologia di VEQ internazionale
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Fornitura di apparecchio di back-up
<i>Risposta:</i>	NO
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Evidenze scientifiche (referenze scientifiche e bibliografiche indipendenti e di studi pubblicati su riviste)riguardanti la valutazione della performance del sistema diagnostico valutata mediante l'impact Factor delle pubblicazioni >=2; solo casistiche in programmi di screening italiani ed europei-allegare pubblicazione e l'IF della rivista.
<i>Risposta:</i>	>=13 evidenze
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.di laboratori partecipanti al VEQ di Regione Lombardia (VEQ Careggi) che utilizzano il sistema diagnostico offerto.
<i>Risposta:</i>	>30 laboratori
<i>Nome requisito:</i>	OFFERTA TECNICA (documentazione) (Parametro Informativo)

<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare tutta la documentazione prevista al paragrafo 15 (lettere A-B-C) del disciplinare di gara. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere inserita in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOC Tecnici - Lotto lotto 1 sangue occulto screening.zip.p7m Dimensioni: 24 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): KGCHH37Jn7SMT03fAb9dCQ== Hash(SHA-1-Hex): bbf654280ac33d92da73d3f9f3957f48e4da8d9c Hash(SHA-256-Hex): 9d09853922a3f405f4751a92ea2f121-94134398b427f9ddeb0a36dd0fac4c80 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il "dettaglio offerta economica" (all.C), attenendosi alle modalità illustrate nel paragrafo 16 del disciplinare di gara, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Offerta_Economica Lotto 1.zip.p7m Dimensioni: 495 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): iUOovgFb4PdsLJow/Enajw== Hash(SHA-1-Hex): f897fc64cc7936a68c633f4bd9879ce10090dd1c Hash(SHA-256-Hex): 7c5025ef936fe34d47a314cd1bc7353-bf1e8d44465b060b7c8be0a9f29b58d57 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	ATS DELLA VAL PADANA
<i>Nome procedura</i>	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECE PER UN PERIODO DI ANNI 3 PER CONTO DI ATS VAL PADANA E ALTRE ATS/ASST
<i>Identificativo della procedura</i>	103514450
<i>Nome lotto</i>	Sistemi diagnostici per i laboratori delle ats/asst che effettuano lo screening di popolazione
<i>Identificativo del lotto</i>	103514810

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	Medical Systems S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	1.520.302,38000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	852,60000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	397.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	1.523.400,00000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	ISTANZA PARTECIPAZIONE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare l'istanza di partecipazione (All.A), compilata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL A) Istanza di partecipazione.pdf.p7m

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PATER ALESSANDRO
	Hash(MD5-Base64): hP6cApcwUOzmF5tbjx77iw==
	Hash(SHA-1-Hex): b374ae8462126d6494852414768d9095b232adb9
	Hash(SHA-256-Hex): 6db5cac589ca3a5c9a727fcb52598ae- 2d5eb223815aa231599849bf1262f850d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	MODELLO DGUE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il documento DGUE (all.B) compilato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL B DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 719 KB
	Firmatari: PATER ALESSANDRO
	Hash(MD5-Base64): op7hglu4yd3yOmrCyTpogA==
	Hash(SHA-1-Hex): 51fa541a1624189554dec59912d71ee60df98d76
	Hash(SHA-256-Hex): d7b37000099ccea8bfbbc8f3d437ecc- 31e10f6103a40bc0f3ec045a8e478480d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	GARANZIA PROVVISORIA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica, firmata digitalmente (documento originale informatico) unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, come da paragrafo 10 del disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL C-D CAUZIONE PROV. LOTTO 1 E DICH. RIDUZ.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7u43IRQHx+IYVheOBekYgA==
	Hash(SHA-1-Hex): 71747325689e9d68cabcc8fe9873c0fbb089b24c
	Hash(SHA-256-Hex): 1543f8a1ac2a2b9e8690613df278276- 3332ee27a04e20e92f2ba318ba608449c

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL E PAG. ANAC LOTTO 1.pdf
	Dimensioni: 271 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): f1wF+gwDn+2jmkXZk8G8tQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6853e0f71723689800e1d7c98ecd7033b8c469e1
	Hash(SHA-256-Hex): bdc9d484439bba25759dfbff6ac2022-1357d4f2bf2b4159c9f1f3254bf7e49b8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Atti relativi a RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati nel disciplinare di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL H DICH. PART. FORMA SINGOLA.pdf.p7m
	Dimensioni: 558 KB
	Firmatari: PATER ALESSANDRO
	Hash(MD5-Base64): Ozv4br0ILy5j9FHeHV4F3A==
	Hash(SHA-1-Hex): 266711ed5929d5ab8549fcf2ddb7971f005816f7
	Hash(SHA-256-Hex): 3e5c83c25a8f78de7078af64dbc50e3-1a1e0a0bfdfcf6c08780da33f662d6985f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	PROCURA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL G DICH. FIRMATARIO OFFERTA.pdf.p7m Dimensioni: 567 KB Firmatari: PATER ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): AX0lUDbV1/Pzy3s6GkUZvw== Hash(SHA-1-Hex): e4630453c7f95465400581cecc61bae4a1e6bdcd5 Hash(SHA-256-Hex): 5a8b281e5244f662a0dd84419463b1e-582bc14e921d885b5f0b0c8eb303f4ec2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, allegato al disciplinare, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	ALL F Patto integr. in materia di contratti pubblici.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PATER ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): tzQD+TqDZeVbwgDcNr7C4w== Hash(SHA-1-Hex): d15564b13e82d54e5ca022f564e5d81b772788b1 Hash(SHA-256-Hex): d8b58fe0dd30c7a6a64550c5eaed8c5-57a4d80e68631055042c82e2cdc695f8d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Capacità oraria (n.campioni/ora)
<i>Risposta:</i>	>250<=280
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.di campioni caricabili contemporaneamente
<i>Risposta:</i>	<100
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)

<i>Descrizione requisito:</i>	Tipologia di caricamento in continuo dei campioni
<i>Risposta:</i>	piatto campioni
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	metodo analitico immunologico quantitativo
<i>Risposta:</i>	lattice, turbidimetrico
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	n.campioni analizzabili con reattivi a pieno carico
<i>Risposta:</i>	>700
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	CQI di parte terza: fornitura di un servizio di elaborazione dei risultati con confronto interlaboratorio
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Specifiche dei CQI di parte terza - imprecisione attesa (CV) sul materiale di controllo per ciascun lotto. Allegare certificato di un lotto per ciascun livello di CQI offerto e fornire l'imprecisione tra le serie (CV)
<i>Risposta:</i>	>=3% <5%
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	facilità d'uso del calibratore (minima manipolazione da parte dell'operatore)
<i>Risposta:</i>	unico calibratore per diluizione automatica
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Compattezza dell'apparecchio: pannello di controllo incorporato nell'analizzatore e display touch-screen
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Impostazione avvio e spegnimento automatico
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)

<i>Descrizione requisito:</i>	Presenza di filtro che separa l'area di inserimento del campione dall'ambiente di prelievo del campione da analizzare
<i>Risposta:</i>	NO
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Stabilità dell'emoglobina nel tampone di conservazione a temperatura refrigerata
<i>Risposta:</i>	>= 10 giorni
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Quantità e tipologia dei rifiuti (reflui) originati da 100 campioni in un'unica seduta.
<i>Risposta:</i>	>1600 ml.
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.laboratori in Italia che già utilizzano il sistema diagnostico offerto per programmi di screening (fornire elenco con riferimenti).
<i>Risposta:</i>	<20
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Tipologia di programma di VEQ fornito gratuitamente-escluso VEQ Careggi di Firenze
<i>Risposta:</i>	1 tipologia di VEQ internazionale
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Fornitura di apparecchio di back-up
<i>Risposta:</i>	NO
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Evidenze scientifiche (referenze scientifiche e bibliografiche indipendenti e di studi pubblicati su riviste)riguardanti la valutazione della performance del sistema diagnostico valutata mediante l'impact Factor delle pubblicazioni >=2; solo casistiche in programmi di screening italiani ed europei-allegare pubblicazione e l'IF della rivista.
<i>Risposta:</i>	>=7 <=12 evidenze
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.di laboratori partecipanti al VEQ di Regione Lombardia (VEQ Careggi) che utilizzano il sistema diagnostico offerto.
<i>Risposta:</i>	>=10 e <= 30 laboratori
<i>Nome requisito:</i>	OFFERTA TECNICA (documentazione) (Parametro Informativo)

<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare tutta la documentazione prevista al paragrafo 15 (lettere A-B-C) del disciplinare di gara. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere inserita in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	TECNICA MEDICAL SYSTEMS.zip Dimensioni: 22 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pFGOMjKU5otZK8PNIPemrw== Hash(SHA-1-Hex): 7cc31e2d81a48744529c8b8aff7a087e93770bb Hash(SHA-256-Hex): 881d185daf6081684b2f5bd774587b3-365ed8de34db3e8da3661e17bd743886a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il "dettaglio offerta economica" (all.C), attenendosi alle modalità illustrate nel paragrafo 16 del disciplinare di gara, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OFFERTA ECONOMICA.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): O6BaFm9liciGhPyJsT3h1A== Hash(SHA-1-Hex): 402af4b892fc45df701747437c0f8e362bb0946b Hash(SHA-256-Hex): e12dc9a6fde42edf61b0a06850304b3-bfaa49331ff9ba8c4feac4ba68c05a873 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	ATS DELLA VAL PADANA
<i>Nome procedura</i>	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI 3 PER CONTO DI ATS VAL PADANA E ALTRE ATS/ASST
<i>Identificativo della procedura</i>	103514450
<i>Nome lotto</i>	Sistemi diagnostici per i laboratori delle ats/asst che NON effettuano lo screening di popolazione
<i>Identificativo del lotto</i>	103514811

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	DASIT SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	220.530,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	480,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	12.128,30000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	221.700,00000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	ISTANZA PARTECIPAZIONE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare l'istanza di partecipazione (All.A), compilata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	a) Istanza di partecipazione.zip.p7m

	Dimensioni: 17 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): keJcWMsdWz0LtH9CdyxFIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1ce824faf306ec3bc6c2010c963e054c7c66772e
	Hash(SHA-256-Hex): 136c9564f4eea1d372c0c45d90c349b- 2cecdcd6bc644f595da139f5a1b88483f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	MODELLO DGUE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il documento DGUE (all.B) compilato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	b) DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 28 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): Eo+Pcs4Ka091KLOyu4HOPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f7c3768496101c9407bf0cba966c376d3eedf8
	Hash(SHA-256-Hex): a6c2f45b9f217c1011ea330f53df1fd- 3af0f850f21f0e06967e038153828460e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	GARANZIA PROVVISORIA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica, firmata digitalmente (documento originale informatico) unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, come da paragrafo 10 del disciplinare di gara.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	c) e d) Cauzione e Impegno.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): L6al//K4Tcil8CbmlUFEhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b2887f18eb99f186e08d09cdefd751b25fec0fb1
	Hash(SHA-256-Hex): 4edad53ed3e598c616d4f01fca877fd- 7278937eb1ce44cbcfa6799352747c14f

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	e) Contributo ANAC.zip.p7m
	Dimensioni: 607 KB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): +q1JOOHPMiEXx1bgmZ/J/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): efe52a3af1d64b46cce74ddc4707e7bdb36aed05
	Hash(SHA-256-Hex): 48d5f5598c764157d394895ced04b4d-2d612b31a3e7556c08cd2e4b86f3a9f0c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Atti relativi a RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati nel disciplinare di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Dich Impresa singola.pdf.p7m
	Dimensioni: 583 KB
	Firmatari: FRACASSI ANGELO
	Hash(MD5-Base64): u+i4ZH4XyoCi78caCTDvEA==
	Hash(SHA-1-Hex): 43f3953639c2062bae24f66e0b54808d001549da
	Hash(SHA-256-Hex): 19e96c50fec76606bd40938ab910939-bff7c6fe499410b95c56fc3a9c548c017
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	PROCURA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Dich legale rappresentante.pdf.p7m Dimensioni: 584 KB Firmatari: FRACASSI ANGELO Hash(MD5-Base64): k9BNjrHH03NVxmhuetB+sw== Hash(SHA-1-Hex): cafb745bdbe2285a313f999450dc62bb48a047d8 Hash(SHA-256-Hex): b1815bea0ffd6d756627f86fec0bcbe-6fe54aa9347fe92f9a9e11cb16bf7437b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, allegato al disciplinare, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o da un procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Patto Integrita.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: FRACASSI ANGELO Hash(MD5-Base64): QAWHL7FbO8dKKe/09v0ing== Hash(SHA-1-Hex): 2ef19fac2dc4275da829dea5ca9f9264d50c4cbb Hash(SHA-256-Hex): 848c7f7fd32749df9821513c7f61000-dae60593e1450db5ddd3b7c31b890047 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	OFFERTA TECNICA (documentazione) (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare tutta la documentazione prevista al paragrafo 15 (lettere A-B-C) del disciplinare di gara. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere inserita in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOC Tecnici - Lotto lotto 2 sangue occulto non screening.zip.p7m Dimensioni: 27 MB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): MEMcG/o9Nm0yfVriMzoRHA==
	Hash(SHA-1-Hex): 955fa561601e7c32d58ba44d67a9eb8c5f45d440
	Hash(SHA-256-Hex): 1ceff78d399bc2f256707e0855327d7- b8fbfac9bde984239a9f159efefd7d423
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	metodo analitico immunologico quantitativo
<i>Risposta:</i>	lattice, turbidimetrico
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	CQI di parte terza: fornitura di un servizio di elaborazione dei risultati con confronto interlaboratorio
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Specifiche dei CQI di parte terza - imprecisione attesa (CV) sul materiale di controllo per ciascun lotto. Allegare certificato di un lotto per ciascun livello di CQI offerto e fornire l'imprecisione tra le serie (CV)
<i>Risposta:</i>	<3%
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	facilità d'uso del calibratore (minima manipolazione da parte dell'operatore)
<i>Risposta:</i>	unico calibratore per diluizione automatica
<i>Nome requisito:</i>	METODO DI ANALISI E STRUMENTAZIONE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Compattezza dell'apparecchio: pannello di controllo incorporato nell'analizzatore e display touch-screen
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Presenza di filtro che separa l'area di inserimento del campione dall'ambiente di prelievo del campione da analizzare
<i>Risposta:</i>	SI
<i>Nome requisito:</i>	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO (Parametro Tecnico)

<i>Descrizione requisito:</i>	Stabilità dell'emoglobina nel tampone di conservazione a temperatura refrigerata
<i>Risposta:</i>	>= 10 giorni
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.laboratori in Italia che già utilizzano il sistema diagnostico offerto (fornire elenco con riferimenti).
<i>Risposta:</i>	>50
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Tipologia di programma di VEQ fornito gratuitamente-escluso VEQ Careggi di Firenze
<i>Risposta:</i>	1 tipologia di VEQ internazionale
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Evidenze scientifiche (referenze scientifiche e bibliografiche indipendenti e di studi pubblicati su riviste)riguardanti la valutazione della performance del sistema diagnostico valutata mediante l'impact Factor delle pubblicazioni.
<i>Risposta:</i>	>=13 evidenze
<i>Nome requisito:</i>	ALTRE CARATTERISTICHE (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	N.di laboratori partecipanti al VEQ di Regione Lombardia (VEQ Careggi) che utilizzano il sistema diagnostico offerto.
<i>Risposta:</i>	>30 laboratori
<i>Nome requisito:</i>	Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare il "dettaglio offerta economica" (all.D), attenendosi alle modalità illustrate nel paragrafo 16 del disciplinare di gara, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Offerta Economica Lotto 2 - 14_12_2018.zip.p7m Dimensioni: 467 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): fhW0ijpTIT3h2szR1gZgSA== Hash(SHA-1-Hex): 6fe0d5a51f2c6a6b37087c1200adf04a41cad712 Hash(SHA-256-Hex): 0968ec657b8a92d0ef5bfcf26e50d2d-29bb943653321ee2e5efa36e7498cb1f5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto



PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER UN PERIODO DI ANNI TRE

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA

In data 03.01.2019 presso l'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale dell'ATS della Val Padana, in Via dei Toscani 1, Palazzina 3, piano terra, il RUP ha provveduto a verificare le offerte della ditta DASIT SPA per i lotti 1 e 2, risultate anomale ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.

Verificato che:

- il punteggio tecnico veniva attribuito a parametri dell'apparecchiatura, delle provette o da evidenze scientifiche;
 - il prezzo offerto è maggiore del prezzo attualmente pagato, a parità di servizio;
- il RUP ritiene l'offerta congrua ed affidabile.

IL RUP

Dott.ssa Pierina Ghilardi